

● Total des bactéries + champignons

200 ufc/mL

- Résultat Négatif Eau Propre

BLEU. Aucun changement de couleur indique que la ligne / source d'eau contient des bactéries ou des champignons dans la limite de détection de 200 ufc / mL.

+ Résultat Positif Eau Contaminée

VIOLET. Des résultats positifs indiquent la présence de bactéries et / ou de champignons dans votre ligne / source d'eau à ou au-dessus de la limite de détection de 200 ufc / mL.

Action Requise: Effectuez un traitement choc utilisant E2O™ ou un autre traitement choc compatible. Faire un nouveau test de la ligne d'eau / source avant utilisation. N'utilisez cette ligne / source d'eau que lorsque les résultats du test seront négatifs, dans la limite de détection de 200 ufc / mL.

● E. coli + coliformes fécaux

1 ufc/mL

- Résultat Négatif Eau Propre

JAUNE. Aucun changement de couleur indique que la ligne ou la source d'eau contient des E. coli ou des coliformes fécaux dans la limite de détection de 1 ufc / mL.

+ Résultat Positif Eau Contaminée

ROSE. Des résultats positifs indiquent la présence d'E. Coli et / ou de coliformes fécaux dans votre ligne d'eau/d'eau à ou au-dessus de la limite de détection de 1 ufc/mL.

Action Requise: Ne pas utiliser cette ligne / source d'eau. La présence de coliformes fécaux dans l'eau indique toujours une contamination potentiellement dangereuse nécessitant une attention immédiate.¹ Consultez vos directives locales pour prendre des mesures correctives. Faire un nouveau test de la ligne d'eau / source avant utilisation. N'utilisez cette ligne / source d'eau que lorsque les résultats du test seront négatifs, dans la limite de détection de 1 ufc / mL.

Type de Fiole de Test	Date et Heure du Test	Source	- Résultats Négatifs = Eau Propre	+ Résultats Positifs = Eau Contaminée	Remarques
● Total des bactéries + champignons		1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● E. coli + coliformes fécaux			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● Total des bactéries + champignons		2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● E. coli + coliformes fécaux			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● Total des bactéries + champignons		3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● E. coli + coliformes fécaux			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● Total des bactéries + champignons		4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● E. coli + coliformes fécaux			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● Total des bactéries + champignons		5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● E. coli + coliformes fécaux			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● Total des bactéries + champignons		6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● E. coli + coliformes fécaux			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Pour usage professionnel seulement