

STAMP/étampe

Spore Test Strip Lot#: _____
Numéro du lot de bandelette de test spore: _____

Spore Test Expiry Date: _____
Date d'expiration des tests de spores: _____

▼ Fill in this section of the report completely. Please print clearly. Remember your E-mail!
Veuillez remplir cette section du rapport au complet. En caractères d'imprimerie S.V.P. N'oubliez pas votre E-mail.

steriSAFE Customer ID | Numéro d'identification du steriSAFE: _____

Office Name | Bureau Nom: _____

Address | Adresse: _____ City | Ville: _____

Prov.: _____

Postal Code | Code postal: _____ *E-mail: _____

Phone | Téléphone: _____

Test Performed By | Test effectué par: _____

Date Sterilizer Tested (MM/DD/YY) | Date de l'essai du stérilisateur (MM/JJ/AA): _____

please mail completed tests immediately. Tests more than 3 months older will not be able to be processed.

Veuillez envoyer les tests complétés immédiatement. Les tests datant de plus de 3 mois ne pourront pas être traités.

Type of Sterilization | Type de stérilisation:

Dry Heat | Chaleur sèche EO Gas | Gaz EO Vapour | À vapeur Steam | Autoclave

Chemical | Chimique Other (specify) | Autre (préciser) _____

Brand of Sterilizer | Marque du stérilisateur: _____

Model | Modèle: _____

Serial # | N° de série: _____

Location of Spore Strip | Emplacement de la bande d'essai: _____

STERILIZING CONDITIONS | CONDITIONS DE STÉRILISATION:

Temperature | Température: _____ Pressure (PSI) | Pression (kPa): _____

Exposure Time | Durée d'exposition: _____

I hereby certify that the information provided has been obtained and recorded in accordance with the instructions provided within this document.

J'atteste, par la présente, que les renseignements fournis ont été obtenus et inscrits en conformité avec les directives indiquée dans ce document.

Print Name | Nom (en caractères d'imprimerie)

Signature

Date (MM/DD/YY) | (MM/JJ/AA)

Please ensure you only process the black test strips and do not process the red control strip as this will invalidate results.

Veuillez vous assurer de traiter uniquement les bandelettes de test noires et de ne pas traiter la bandelette de contrôle rouge car cela invaliderait les résultats.